



181512340516

正本



SDC-181-2022

# 检测报告

报告编号: SDC-181-2022

项目名称: 四月份月测

---

委托单位: 山东滨化滨阳燃化有限公司

---

受检单位: 山东滨化滨阳燃化有限公司

---

检测类别: 委托检测

---

报告日期: 二零二二年四月三十日

---

山东神盾

山东神盾环境测评有限公司



# 山东神盾环境测评有限公司

## 检 测 报 告

SDC-181-2022

委托单位	山东滨化滨阳燃化有限公司	检测类别	委托检测（采样）
联系人	刘芳	联系电话	19157509799
受检单位	山东滨化滨阳燃化有限公司	详细地址	山东滨州阳信经济开发区工业七路
采样人	马超、李卫卫	采样时间	2022年04月25日
分析日期	2022年04月25日~2022年04月27日	样品状态	废水微浑、有异味； 雨水微浑、稍有异味。
样品名称及数量	废水：500mL 棕色玻璃瓶×9，1000mL 棕色玻璃瓶×3，500mL 聚乙烯瓶×4； 雨水：500mL 棕色玻璃瓶×18。		
报告完成日期	2022年04月30日		
检测项目	1、废水检测项目：总氮(以 N 计)、总磷(以 P 计)、挥发酚、pH 值、悬浮物、石油类、总砷，共 7 项； 2、雨水检测项目：pH 值、氨氮、石油类、化学需氧量、悬浮物，共 5 项。		
判定依据	/		
检测结果	检测数据详见本报告第 4~7 页		
检测结论	不做判定		
备注	/		

本页结束



# 山东神盾环境测评有限公司

## 检 测 报 告

SDC-181-2022

### 一、废水检测结果

检测点位			废水总排口 DW001		
采样日期和频次			2022年04月25日		
			第一次	第二次	第三次
序号	样品编号	检测项目	检测结果		
1	/	pH 值(无量纲)	8.2	8.2	8.2
2	FS110101	总磷(以 P 计)(mg/L)	0.22	0.25	0.23
3	FS110102 FS110103	总氮(以 N 计)(mg/L)	5.08	5.59	5.23
4	FS110201 FS110202 FS110203	悬浮物(mg/L)	29	36	31
5	FS110301 FS110302 FS110303	石油类(mg/L)	1.08	0.94	0.88
6	FS110401 FS110402 FS110403	挥发酚(mg/L)	0.022	0.033	0.025
备注: /					

本页结束



# 山东神盾环境测评有限公司

## 检测报告

SDC-181-2022

检测点位			酸性水汽提装置废水 DW004		
采样日期和频次			2022年04月25日		
			第一次	第二次	第三次
序号	样品编号	检测项目	检测结果		
1	FS121201	总砷( $\mu\text{g/L}$ )	1.9	1.7	1.1
	FS121202				
	FS121203				
备注: /					

本页结束



# 山东神盾环境测评有限公司

## 检 测 报 告

SDC-181-2022

### 二、雨水检测结果

检测点位			雨水排放口（西）DW005		
采样日期和频次			2022年04月25日		
			第一次	第二次	第三次
序号	样品编号	检测项目	检测结果		
1	/	pH 值(无量纲)	8.4	8.4	8.4
2	FS131301 FS131302	化学需氧量 (mg/L)	15	23	18
3	FS131303	氨氮(mg/L)	1.90	1.89	1.90
4	FS130201 FS130202 FS130203	悬浮物(mg/L)	8	6	9
5	FS130301 FS130302 FS130303	石油类(mg/L)	0.73	0.57	0.53
备注: /					

本页结束



# 山东神盾环境测评有限公司

## 检测 报 告

SDC-181-2022

检测点位			雨水排放口（东）DW006		
采样日期和频次			2022年04月25日		
			第一次	第二次	第三次
序号	样品编号	检测项目	检测结果		
1	/	pH 值(无量纲)	8.4	8.4	8.4
2	FS141301	化学需氧量 (mg/L)	8	13	9
3	FS141302				
3	FS141304	氨氮(mg/L)	0.178	0.209	0.191
4	FS140201 FS140202 FS140203	悬浮物(mg/L)	28	39	25
5	FS140301 FS140302 FS140303	石油类(mg/L)	0.93	0.73	0.65
备注: /					

本页结束



# 山东神盾环境测评有限公司

## 检 测 报 告

SDC-181-2022

### 三、附表

附表 1: 检测项目分析方法汇总表

废水检测项目分析方法				
序号	检测项目	标准代号	标准名称	检出限
1	总氮(以 N 计)	HJ 636-2012	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法	0.05 mg/L
2	挥发酚	HJ 503-2009	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法(方法 2 直接分光光度法)	0.01 mg/L
3	pH 值	HJ 1147-2020	水质 pH 值的测定 电极法	/
4	悬浮物	GB/T 11901-1989	水质 悬浮物的测定 重量法	/
5	总磷(以 P 计)	GB/T 11893-1989	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法	0.01 mg/L
6	石油类	HJ 637-2018	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法	0.06 mg/L
7	总砷	HJ 694-2014	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法	0.3 µg/L
雨水检测项目分析方法				
序号	检测项目	标准代号	标准名称	检出限
1	pH 值	HJ 1147-2020	水质 pH 值的测定 电极法	/
2	氨氮	HJ 535-2009	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	0.025 mg/L
3	化学需氧量	HJ 828-2017	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法	4 mg/L
4	悬浮物	GB/T 11901-1989	水质 悬浮物的测定 重量法	/
5	石油类	HJ 637-2018	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法	0.06 mg/L

本页结束



# 山东神盾环境测评有限公司

## 检测报告

SDC-181-2022

附表 2: 主要检测仪器汇总表

序号	仪器名称	仪器型号	仪器编号
1	便携式 pH 计	PHBJ-260	SD-YQ-187
2	石油类采样器	/	SD-YQ-189
3	紫外可见分光光度计	TU-1810	SD-YQ-011
4	可见分光光度计	T6 新悦	SD-YQ-012
5	电子天平	FA124C	SD-YQ-179
6	红外分光测油仪	GH-800	SD-YQ-013
7	原子荧光光度计	PF52	SD-YQ-009
8	滴定管	50mL	SD-YQ-118

报告编制人: 白俊艳

日期: 2022.04.30

审核人: 刘雨

日期: 2022.04.30

检测章:

授权签字人: 刘雨

日期: 2022.04.30

签发日期:



报告结束

